

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-6



設備名稱	Surge Tester VI	廠牌/型號	西安交大
測試範圍	8/20 : 10kA~120kA ; 4/10 : 2kA~60kA		
依據標準/測試方法			
GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器-条款8.5 大电流冲击耐受试验			
试样应耐受两次冲击，不应有击穿、闪络等损坏。两次之间间隔时间应能使电阻片冷却到环境温度。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮