

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-10



| | | | |
|---|---------------|-------|------------|
| 設備名稱 | Fluke 熱成像儀 | 廠牌/型號 | FLUKE TI20 |
| 測試範圍 | 溫度：-20℃ ~350℃ | | |
| 依據標準/測試方法 | | | |
| 通過捕捉產品進行各種試驗時(衝擊試驗、熱穩定、熱脫扣等)產生的紅外線，進行熱成像，分析產品的擊穿點、薄弱點等。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 製表 | 曾珮瑜 | 審核 | 高鎮 |