

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼 : lab-18



設備名稱	TTK 測試機	廠牌/型號	歆科 TTK MOV-168
測試範圍	壓敏電壓: 0~1999V, 漏電流:0.01~999.99 μ A 非線性係數@:1~99.99 測試時間: 0~200mS		
依據標準/測試方法			
壓敏電壓: 流過 MOV 為 1.0(\pm 0.1)mA 的直流電流時,測得的 MOV 兩端的電壓值			
漏電流:在 MOV 兩端施加直流電壓(為 75%壓敏電壓)時, 測得流過 MOV 的電流值			
非線性係數: @ =1/[lg(V1mA/V0.1mA)]			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮