



設備名稱	數字電橋	廠牌/型號	同惠電子
測試範圍			
依據標準/測試方法			
IEC61051-1:測量信号频率 1kHz,信号电平≤1Vr.m.s			
0.00001 Ω -999.999 M Ω			
Z , R, X	0.00001 Ω —— 99.9999M Ω		
Y , G, B	0.00001 μs —— 99.9999s		
C	0.00001pF —— 9.99999F		
L	0.00001 μH —— 99.9999kH		
D	0.00001 —— 9.99999		
Q	0.00001 —— 99999.9		
Θ (DEG)	-179.999 —— 179.999		
Θ (RAD)	-3.14159 —— 3.14159		
Δ%	-999.999% —— 999.999%		
製表	曾珮瑜	審核	高鎮