

# 隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

## 實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-25



設備名稱	冷熱衝擊試驗箱	廠牌/型號	龍誠儀器
測試範圍	-40℃~+150℃，空載 3~5 分鐘內完成		
依據標準/測試方法			
GB/T2423-22 溫度變化試驗方法：			
將試品箱中的溫度升到高溫 85℃，維持 30 分鐘；在 5 分鐘之內，將箱內溫度降到-40℃，維持 30 多次循環實驗。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮